

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa | Sztuk |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Unit dentystyczny | 1 |
| 2. | Autoklaw | 1 |
| 3. | Wstrząsarka do amalgamatu | 1 |
| 4. | Lodówka do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych | 1 |
| 5. | Biurko | 1 |
| 6. | Fotel biurowy | 1 |
| 7. | Szafa do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych | 1 |
| 8. | Szafa to przechowywania dokumentacji medycznej | 1 |
| 9. | Szafka z umywalką oraz baterią sztorcową | 1 |
| 10. | Podajnik do mydła | 1 |
| 11. | Podajnik do środka dezynfekcyjnego | 1 |
| 12. | Podajnik do ręczników | 1 |

Poniższe wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Poz. 1 – Wymagania dla unitu dentystycznego

1. Na unit dentystyczny składają się:

- 1) Fotel dentystyczny elektromechaniczny;
 - a) minimum 11 pozycji pamięci, w tym 9 programowalnych
 - b) zagłówek chirurgiczny z blokadą mechaniczną (praca w dwóch płaszczyznach)
 - c) pamięć pozycji „spluwaczkowej” i automatyczny powrót do pozycji "zero"
 - d) zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - e) jeden sterownik nożny funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0” i spluwaczkowej i powrót do ostatniej pozycji pracy)
 - f) możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia
 - g) bezszwowa tapicerka
 - h) stołek stomatologiczny okrągły z oparciem
- 2) stolik narzędziowy lekarza: 5 szuflad, długość skrzyni min. – 52 cm, głębokość skrzyni min. 52 cm; wysokość stolika narzędziowego - 80 cm
- 3) spluwaczka ze ślinociągiem;
- 4) lampa;
- 5) rękaw turbinowy ze światłem z dedykowaną turbiną ze światłem LED (moc min 18V);
- 6) rękaw mikrosilnika ze światłem LED z kątnicą ze światłem (bezszytkowy);
- 7) pompa ssąca dwustanowiskowa;
- 8) kompresor jednocylindrowy bezolejowy: wydajność 75 (l/min); głośność - 46 dB (w obudowie);
- 9) lampa polimeryzacyjna LED;
- 10) skaler;
- 11) piaskarka profilaktyczna,

- 12) separator amalgamatu z atestem – zawór spluwaczkowy do unitu
2. Gwarancja minimum 36 miesięcy

2. Wymagania dla autoklawu:

1. Pojemności min. 17 litrów (z trzema tackami nierdzewnymi)
2. Automatyczne domykanie drzwiczek
3. Automatyczne napełnianie wodą i bezpośrednie osuszanie
4. Zintegrowana drukarka lub elektroniczny rejestrator do zapisywania parametrów cyklu
5. Minimum 4 programy automatyczne
6. Napięcie robocze 220;240 V
7. Częstotliwość robocza 50/60 Hz;
8. Moc nominalna 2300 W.
9. Wymiary zewnętrzne min.: 480x420x560 mm LxHxD
10. Wymiary komory min.: 250/350mm LxD
11. Gwarancja minimum 12 miesięcy

3. Wymagania dla wstrząsarki do amalgamatu

1. Praca z 2 częstotliwościami - 4000 i 4500 Hz;
2. Czas mieszania regulowany od 1 do 99 sekund;
3. Uchwyt dostosowany do standardowych rozmiarów kapsułek;
4. Bezpieczna praca - uchwyt wraz z kapsułką zabezpieczony pokrywą;
5. Prosta obsługa i cicha praca.
6. Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz;
7. Moc pobierana: 60 W;
8. Częstotliwość ruchów (mieszania):
 - 1) Tryb szybki (H): 4500 ruchów na sek.
 - 2) Tryb wolny (L): 4000 ruchów na sek.
9. Wymiary minimalne: 225/215/110 mm
10. Gwarancja minimum 24 miesiące

Poz. 4 – Lodówka do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych – 1 sztuka

1. Automatycznie rejestruje dane temperaturowe
2. Alarm awarii zasilania
3. Alarm zbyt wysokiej temperatury/zbyt niskiej temperatury
4. Minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury
5. Możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania
6. Chłodzenie wspomagane wentylatorem
7. Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
8. Wskaźnik temperatury
9. Wewnętrzne światło
10. Gniazdo do karty SD – standard
11. Pojemność min. 36L

12. Wymiary min. 535x450x485 HxWxD mm
13. Minimum 2 półki.
14. Rodzaj drzwi: Pełne
15. Zakres temperatury: +2^oC do +8^oC.
16. Zamek z dwoma kluczami
17. Gwarancja minimum 24 miesiące

Poz. 5 – Biurko – 1 sztuka

Biurko wykonane z płyty meblowej łatwozmywalnej posiadającej wysuwana szufladę na klawiaturę oraz min. 3 szuflady boczne.

Szerokość: min. 70 cm

Długość: min. 120 cm

Wysokość: 74 – 77 cm

Poz. 6 – Fotel biurowy – 1 sztuka

Krzesło obrotowe z podłokietnikami obite tapicerką skóropodobna w kolorze tożsamym z obiciem fotela dentystycznego oraz stołka stomatologicznego. Krzesło musi posiadać regulację wysokości siedziska oraz pochylenie oparcia pleców

Poz. 7 – Szafa do przechowywania leków, narzędzi i materiałów stomatologicznych – 1 sztuka

1. Wymiary zewnętrzne minimalne: wysokość: 1800 mm; szerokość: 900 mm; głębokość: 420 mm
2. Szafa medyczna, dwudzielna.
3. Część górna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszona na zawiasach kolkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg.
4. Część dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone są uchwytem klamkowym.
5. Pokryta farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).
6. Szafa osadzona na regulowanych stopkach.

Poz. 8 – Szafa do przechowywania dokumentacji medycznej – 1 sztuka

1. Pięcoszufladowa szafa kartotekowa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie).
2. Wykonana z wysokiej jakości blachy o grubości 0,6 mm - 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) odpornymi na korozję i drobne uszkodzenia mechaniczne w kolorze RAL 7035.
3. Szuflady przesuwane się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem.
4. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.
5. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg.
6. Blokada pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.
7. Minimalne wymiary zewnętrzne szafy [szerxgłxwys]:360x580x1288 mm,
8. Minimalne wymiary użytkowe szuflady [szerxgłxwys]:280x500x225 mm.

Poz. 9 – Szafka z umywalką oraz baterią sztorcową – 1 sztuka

Zestaw łazienkowy składający się z umywalki 50 cm i szafki białej w połysku. Szafka wykonana z płyty wilgocioodpornej z 1 nieregulowaną półką z płyty wewnątrz szafki. Drzwi szafki z mechanizmem cichego domykania. Wysokość szafki 58 – 65 cm.

Bateria mosiężna na korpusie 40", pokryta warstwą chromu. Sposób montażu jednocentrowy, głowica 40 mm ceramiczna, rodzaj mocowania stojąca, korek spustowy pociągowy.

W zestawie z baterią zespół spustowy metalowy z podciągaczem, pakiet montażowy, wężyki przyłączeniowe.

Poz. 10 – Podajnik do mydła – 1 sztuka

Dozownik do mydła łatwy w czyszczeniu i w wymianie wkładów. Dozownik ma zawierać co najmniej jeden wkład.

1. Pojemność: 1 litr
2. Materiał obudowy: tworzywo ABS
3. Kolor obudowy: biały
4. Obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości mydła

Poz. 11 – Podajnik środka dezynfekcyjnego – 1 sztuka

Dozownik do środków dezynfekujących z łokciownikiem zapewniający bezdotykowe dozowanie środka co zagwarantuje wysoki poziom higieny. Intuicyjna konserwacja potwierdzona certyfikatem, szybka wymiana wkładów. Dozownik ma zawierać co najmniej jeden wkład.

1. Pojemność: 1 litr
2. Materiał obudowy: tworzywo ABS
3. Kolor obudowy: biały
4. Obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości środka

Poz. 12 – Podajnik do ręczników – 1 sztuka

Podajnik do ręczników w składce (ZZ) wielopanelowej do gabinetu stomatologicznego, łatwo zmywalny, szczelny. Umożliwiający dokładanie wkładów, z zabezpieczeniem przed nadmiernym uzupełnieniem. Higieniczny – użytkownik dotyka tylko jednego ręcznika.

1. Materiał obudowy: tworzywo ABS
2. Kolor obudowy: biały
3. Obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości ręczników

UWAGA: podajnik do mydła, podajnik środka dezynfekcyjnego oraz podajnik do ręczników muszą być z tej samej linii/serii, aby zapewnić ujednolicony wygląd podajników.

Starosta
Waldemar Urbański